



АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

**Предмет: Одговор на питање у поступку ЈН О.П. 02/2013 –
РЕЗЕРВНЕ КОМПОНЕНТЕ АУТОМАТСКИХ МОНИТОРИНГ СТАНИЦА КВАЛИТЕТА
ВАЗДУХА (АМСКВ) СА УСЛУГОМ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА**

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), а у вези јавне набавке број **ЈН О.П. 02/2013 – Резервне компоненте аутоматских мониторинг станица за квалитет ваздуха (АМСКВ) са услугом одржавања и сервисирања**, достављамо вам појашњење одговор на следећа:

Питање:

Обраћамо Вам се са захтевом за појашњење траженог услова техничког и кадровског капацитета - **2** запослена лица са ВСС смер дипл. Инг. електротехнике која раде на пословима одржавања и сервисирања, а која ће бити одговорна за извршавање уговора.

Сматрамо да, сада по први пут за ову врсту јавне набавке тражени услов није неопходан за одржавање и сервисирање анализатора АМСКВ, имајући у виду природу анализатора. Као овлашћени мступник дистрибутера анализатора за локално тржиште, као и оалашћени **сервис** за одржавање анализатора АМСКВ са искуством од **10** година рада на пољу аутоматског мониторинга квалитета ваздуха, искуство нам је да је за одржавање и поправку анализатора АМСКВ довољно имати обучене и од произвођача ауторизована лица ССС било*ког техничког смера. За овај навод можете погледати и нашу пуну документацију према са Вама склопљеном Уговору о одржавању бр. **404-02-17/2011-03** од **26.09.2011**, са техничким особљем, њиховим сертификатима и ауторизацијама, стручном спремом и референцама наше фирме којим установама је успешно извршавала и извршава послове одржавања и сервисирања. Мишљења смо да и други даваоци услуга за исту врсту опреме имају исти тип заспосленог техничког особља.

Читав процес одржавања апарата не захтева ВСС, не само због техничких специјализованих радњи, већ и гледано из финансијског угла који веома утиче на давање понуде, где радни сат лица са ВСС смера дипл. Инг електротехнике није у складу са радним сатом лица са ССС, са битном чињеницом да ВСС није неопходна за лица која одржавају и поправљају анализаторе АМСКВ.

Молимо да размотрите предметном јавном набавком тражени услов и измените га у складу са природом и врстом тражене услуге.

Појашњење - Одговор

Наручилац остаје при захтевима дефинисаним конкурсном документацијом.

У складу са чланом 76 ЗЈН наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке.

Сходно томе наручилац је у конкурсној документацији одредио додатне услове за учешће у предметном поступку јавне набавке у погледу техничког и кадровског капацитета а имајући у виду предмет јавне набавке.

2) Да понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетом, и то:

а.) Да има у сталном радном односу има најмање 2 запослена лица са ВСС смер дипл. Инг електротехнике, која раде на пословима одржавања и сервисирања, а која ће бити одговорна за извршење уговора,

б.) Да располаже са најмање два сервисна возила, за рад на терену;

в.) Да има сертифициковано особље;

г.) Да има уведен систем управљања квалитетом ISO 9001-2008.

Наиме због комплексности система Агенције за заштиту животне средине, а чији су један део АУТОМАТСКЕ СТАНИЦЕ ЗА МОНИТОРИНГ КАВЛИТЕТА ВАЗДУХА, лица са ВСС су неопходна за извршење уговора на основу дефинисаног **плана рада одржавања и сервисирања и то у сегменту:**

- провере преноса података и подешавања
- спровођење протокола након одржавања
- израда извештаја о сервисирању и одржавању након извршених радова

Овај допис представља саставни део конкурсне документације

Председник Комисије за јавну набавку

Драгана Богичевић