



Република Србија
Министарство пољопривреде
и заштите животне средине
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 404-02-39/2015-06
Београд, 30.09.2015

Одговорно лице Наручиоца - директор Агенције за заштиту животне средине, на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда број 404-02-39/2015-06 од 30.09.2015. године, а у складу са чланом 107. став 3. и чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА за партију 3 у поступку јавне набавке број ЈН ОП 03/2015

Уговор за партију 3 - Опрема за хемијску лабораторију – Гасни хроматограф са масеном детектором са системом за припрему узорака - GC-MSD са GPC у јавној набавци у отвореном поступку број ЈНОП 03/2015, а по стицању услова из члана 107. став 3. ЗЈН, додељује се понуђачу „*DSP Chromatography*“ д.о.о., Булевар Милутина Миланковића бр.120г, Београд

Укупна понуђена цена понуђача „*DSP Chromatography*“ д.о.о., Булевар Милутина Миланковића бр.120г, Београд износи 10.587.651,97 динара без ПДВ-а, односно 12.705.182,37 динара са ПДВ-ом.

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке: 30 дана, а рачуна се од дана пријема писаног захтева Наручиоца

Гарантни рок на квалитет добара је 24 месеца (не краћи од 24 месеца од тренутка верификације перформанси након инсталације)

Образложење:

ПРЕДМЕТ И БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка лабораторијске опреме; ЈН ОП 03/2015

Врста предмета јавне набавке: Добра

Назив и ознака из општег речника набавке: 38434000 - Анализатори; 38432210 - Гасни хроматографи

Процењена вредност јавне набавке: Процењена вредност јавне набавке је до 14.600.000,00 динара, без пореза на додатну вредност. Набавка је обликована у три партије и то:

ПАРТИЈА 1 - Заменска опрема за лабораторијске уређаје произвођача Agilent Technologies. Процењена вредност партије 3.400.000,00 динара без пореза на додатну вредност; Шифра из О.Р.Н. је: 38434000 - Анализатори -

ПАРТИЈА 2 - Додатна опрема за лабораторијски уређај AAnalyst 600 произвођача Perkin Elmer. Процењена вредност партије 600.000,00 динара без пореза на додатну вредност; Шифра из О.Р.Н. је: 38434000 - Анализатори -

ПАРТИЈА 3 - Опрема за хемијску лабораторију – Гасни хроматограф са масеном детектором са системом за припрему узорака - GC-MSD са GPC. Процењена вредност партије 10.600.000,00 динара без пореза на додатну вредност.. Шифра из О.Р.Н. је: 38432210 - Гасни хроматографи

Одлуком број 404-02-39/2015-06 од 14.08.2015 године покренут је поступак јавне набавке у отвореном поступку за набавку добара: **Набавка лабораторијске опреме број ЈН ОП 03/2015.**

Средства за предметну јавну набавку обезбеђена су буџетом Републике Србије за 2015. годину (позиција 512).

Набавка је предвиђена Планом набавке за 2015. годину (позиција: 20, редни број 1,10) у износу од 14.750.000,00 динара без ПДВ-а.

На основу члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15) поступак предметне јавне набавке спроводи се као поступак јавне набавке у отвореном поступку.

Комисија за спровођење поступка предметне јавне набавке, образована је решењем директора Агенције број 404-02-39/2015-06 од 14.08.2015. године у следећем саставу:

1. **Бојан Јовановић – председник комисије, дипл. правник**
2. **Зоран Стојановић - члан**
3. **Ивана Дершек – члан**
4. **Миленко Јовановић - заменик председника**
5. **Наташа Црковић – заменик члана**
6. **Радивоје Јањић - заменик члана**

Одлуком је одређено да критеријум за оцењивање понуда буде "**најнижа понуђена цена**", уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.

Позив за подношење понуде и конкурсна документација за наведену јавну набавку објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 19.08.2015. године у складу са чланом 57. став 5. ЗЈН, а позив је објављен и у Службеном гласнику РС.

Поступак отварања понуда вођен је дана 21.09.2015. године са почетком у 14:00 часова у просторијама Агенције за заштиту животне средине, Београд, ул. Руже Јовановића бр. 27а (Записник о отварању понуда број 404-02-39/2015-06 од 21.09.2015. године).

За Партију 3, Комисија је утврдила следеће чињенице:

Благовремено су стигле понуде три понуђача и то:

ПАРТИЈА 3 - Опрема за хемијску лабораторију – Гасни хроматограф са масеном детектором са системом за припрему узорака - GC-MSD са GPC .					
Процењена вредност 10.600.000,00 динара без ПДВ-а					
Р.бр	Понуђач	Цена без ПДВ-А	Рок за испоруку добара (дана)	Рок важења понуде (дана)	Гарантни рок (месеци)
1	„DSP Chromatography“ д.о.о.	10.587.651,97	30	90	12
2	„Analysis“ д.о.о.	12.040.000,00	30	101	12
3	„Shimadzu“ д.о.о.	7.388.124,15	30	61	30

У складу са критеријумом најнижа понуђена цена, редослед понуђача који су доставили понуде је следећи:

- 1.) „Shimadzu“ д.о.о., Ул. Гоце Делчева бр.46/1, Београд, - 7.388.124,15 динара без ПДВ-а
- 2.) „DSP Chromatography“ д.о.о., Булевар Милутина Миланковића бр.120г, - 10.587.651,97 динара без ПДВ-а
- 3.) „Analysis“ д.о.о., Ул. Гандијева, број 76г, Београд, - 12.040.000,00 динара без ПДВ-а

У делу стручне оцене понуда:

- 1) Понуда број П-1193/15 понуђача „DSP Chromatography“ д.о.о., Булевар Милутина Миланковића бр.120г, од 18.09.2015. године, је **прихватљива**;

Образложење

Приликом отварања понуда 21.09.2015. године, коме су присуствовала три представника понуђача, уочен је недостак у виду краћег гарантног рока у понуди за Партију 3 понуђача „DSP Chromatography“ д.о.о., Булевар Милутина Миланковића бр.120г., што је кроз напомену и константовано Записником о отварању понуда број 404-02-39/2015-06 од 21.09.2015. године. Понуђач „DSP Chromatography“ је доставио Изјаву у којој прихвата тражене гарантне рокове и оправдано указује на пропуст Наручиоца да у обавештењу о изменама, нагласи да је у изменама кокурсне документације дошло и до промена које нису директно проистекле од примене Закона и допуна Закона о јавним набавкама које се примењују од 12.08.2015.године. Надаље, минимална захтевана гаранција је у складу са Законом о заштити потрошача којим је регулисана обавеза продавца да за техничка добра даје минимално двогодишњу гаранцију, а то је понуђач својом Изјавом и потврдио.

При стручној оцени понуда установљено је да понуђено добро одговара захтевима из техничке спецификације

- 2) Понуда број Р-15-001836 понуђача „Analysis“ д.о.о., Ул. Гандијева, број 76г, Београд, од 15.09.2015. године, је **неприхватљива**;

Образложење

Приликом отварања понуда 21.09.2015. године, коме су присуствовала три представника понуђача, уочени су недостаци у понуди понуђача „Analysis“ д.о.о., што је Записником о отварању понуда број 404-02-39/2015-06 од 21.09.2015. године и константовано. Понуда број Р-15-001836 од 15.09.2015. године (заведена под бројем 1599/2015), понуђача „Analysis“ д.о.о., ул. Гандијева, број 76г, није комплетна јер није достављена документација под редним бројем 12 из Обавезне садржине понуде. такође понуђени гарантни рок не одговара захтевима траженим конкурсном документацијом.

- 3) Понуда број 2600010233 понуђача „Shimadzu“ д.о.о., Ул. Гоце Делчева бр.46/1, Београд, од 21.09.2015. године, је **неприхватљива**;

Образложење

При стручној оцени понуда уочени су недостаци који одступају од вредности тражених техничком спецификацијом, и то:

3.1. За понуђени модел гасног хроматографа у понуди је за **максималну брзину загревања пећи колоне**, специфицирана максимална брзина загревања пећи **4,16°C/sec** у целом опсегу. Међутим, у приложеној оригиналној техничкој документацији је специфицирана вредност максималне брзине загревања пећи **70°C/min до 200°C**, што одговара **1,17 °C/sec**, а у техничким захтевима конкурсне документације је захтевана максимална брзина загревања пећи **2°C/sec до 110°C**; **не одговара захтеву**;

3.2. За понуђени модел гасног хроматографа за "split/splitless inlet" у понуди у приложеној техничкој документацији специфицирана је вредност за опсег притиска **0-970 kPa у корацима од 0.1kPa**, што одговара опсегу од **0 - 140.686 psi**, у корацима од **0.014 psi** (0.1 kilopascal = 0.014 psi), а у техничким захтевима конкурсне документације је захтевано да за опсег притиска "split/splitless inlet" буде **0-100 psi** у корацима од **0.001 psi**; **не одговара захтеву**.

3.3. Понуђени модел гасног хроматографа **нема** независно грејање квадропола, а у техничким захтевима конкурсне документације је захтевано је да масени детектор има независне контролисане грејне зоне: **трансфер линија - min до 350°C**, **јонски извор - min до 350°C**, **квадропол - min до 200°C**. Објашњење понуђача да овај технички захтев конкурсне документације није потребан, је одбијен кроз кларификациона питања и одговоре; **не одговара захтеву**.

3.4. За понуђени детектор са захватом електрона техничке карактеристике су наведене у понуди, али није приложена техничка документација. У тексту понуде специфициран је линеарни динамички опсег $>10e^4$, а у техничким захтевима конкурсне документације је захтеван линеарни динамички опсег $>5 \times 10e^4$; **не одговара захтеву.**

3.5. Понуђена библиотека за пестициде садржи масене спектре и ретенционе индексе анализираних компоненти, а у техничким захтевима конкурсне документације захтевана је библиотека за пестициде са садржи масене спектре и ретенциона времена анализираних компоненти; **не одговара захтеву.**

У складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15), а након спроведене стручне оцене приспелих понуда, Комисија Наручиоца, образована за јавну набавку **лабораторијске опреме**, број ЈН ОП 03/2015, предложило је да се за Партију 3, Опрема за хемијску лабораторију – Гасни хроматограф са масеном детектором са системом за припрему узорака - GC-MSD са GPC.. донесе одлука о додели уговора понуђачу „DSP Chromatography“ д.о.о., Булевар Милутина Миланковића бр.120г, који је у предметном поступку јавне набавке у отвореном поступку за Партију 3, поднео **једину прихватљиву** понуду број П - 1193/15 од 18.09.2015 године (број и датум из обрасца понуде понуђача).

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења, а у складу са чланом 107. став 3. и чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), донело одлуку о додели уговора понуђачу „DSP Chromatography“ д.о.о., Булевар Милутина Миланковића бр.120г, који је у предметном поступку јавне набавке у отвореном поступку за партију 3 поднео понуду број П - 1193/15 од 18.09.2015 године (број и датум из обрасца понуде понуђача).

Укупна понуђена цена из понуде П - 1193/15 од 18.09.2015 године (заведеној код Наручиоца под бројем 1598/2015 од 21.09.2015.године) у износу од 10.587.651,97 динара, без пореза на додату вредност, односно 12.705.182,37 динара са ПДВ-ом.

Рок испоруке је 30 дана, а рачуна се од дана пријема писаног захтева Наручиоца

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда

Гарантни рок на квалитет добара је 24 месеца (не краћи од 24 месеца од тренутка верификације перформанси након инсталације)

Место испоруке: Пословне јединице Наручиоца

Поука о правном леку:

Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема исте.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу.



Директор

Филип Радовић

Доставити:

- Подносиоцима понуде:

„*Shimadzu*“ д.о.о., Ул. Гоце Делчева бр.46/1, Београд

„*DSP Chromatography*“ д.о.о., Булевар Милутина Миланковића бр.120г, Београд

„*Analysis*“ д.о.о., ул. Гандијева, број 76г, Београд

- Одсеку за правне, економске и опште послове

- Архиви